

**Wyjaśnienia do postępowania znak DEiA-231-PN/16/06
na dostawę chromatografu gazowego**

Treść zapytania:

Dot.: Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego z detektorem masowym dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim

Szanowni Państwo,

Niniejszym składamy zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na dostawę chromatografu gazowego z detektorem masowym:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie detektora masowego (pułapka jonowa) z wewnętrznym źródłem jonów w stosunku do analizatora mas z możliwością rozbudowy do zewnętrznego źródła jonów z regulowanym potencjałem jonizacji?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie biblioteki NIST2005, która posiada szeroką listę widm pestycydów bez dodatkowej biblioteki pestycydów?
W późniejszym okresie będzie możliwość dokupienia i do instalowania wszystkich dostępnych na rynku bibliotek widm np.: Wiley 7th Edition Library, Pfleger, Maurer, Weber Library.

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza zaoferowane opcjonalne zmiany w pkt. 1 i 2.