

Utworzono: środa, 15, listopad 2006 13:40 – Poprawiono: piątek, 17, listopad 2006 15:20

środa, 15, listopad 2006 14:00

Odsłony: 5823

OGIĄSIENIE O WIELKICH POSTĘPOWANIACH NUMER ODRZUCENIA 200603

Chromatograf gazowy z detektorem masowym:

- Piec chromatograficzny o zakresie temperatur min. 40-400 °C i min. 4 rampach temperaturowych;
 - Autosempler o dużej szybkości nastrzyku i możliwości dozowania dużych objętości;
 - Dozownik typu split/splitless z elektroniczną kontrolą przepływu i możliwością programowania ciśnienia;
 - Detektor masowy (pułapka jonowa) z jonizacją EI i możliwością rozbudowy do PCI i NCI; zakres skanowania 10-1000 Da z szybkością 10000 Da/s; źródło jonów zewnętrzne w stosunku do analizatora masy; automatyczne przełączanie między EI i CI we wszystkich modach (pełny zakres, SIS i MS/MS); tryb monitorowania pojedynczych jonów (SIM); regulowany potencjał jonizacji w zakresie min. 100 eV;
 - Pompa turbomolekularna o wydajności min. 70 L/s;
 - Zestaw komputerowy (procesor Pentium 4 min. 2,8 GHz, 512 RAM, DVD-R/W, monitor LCD 19", drukarka laserowa, dysk min. 80 GB; dwie karty sieciowe Fast Ethernet) z oprogramowaniem sterującym i zbierającym dane z chromatografu w czasie rzeczywistym i umożliwiające analizę uzyskanych danych pracujący pod systemem Windows XP;
 - Biblioteka widm NIST 2005;
 - Biblioteka widm pestycydów;
 - Kolumna chromatograficzna DB-35ms 30m x 0,25mm x 0,25µm lub zamiennik innej firmy;
 - Zestaw startowy do zainstalowania i rozpoczęcia pracy chromatografu.
-
- [Chromatograf_SIWZ.pdf](#)
 - [Zalacznik_Nr_1_Chromatograf.doc](#)
 - [Zalacznik_Nr_2_Chromatograf.doc](#)
 - [Zalacznik_Nr_3_Chromatograf.doc](#)
 - [Wyjasnienia_do_postepowania_chromatograf_gazowy.pdf](#)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Utworzono: środa, 15, listopad 2006 13:40 - Poprawiono: piątek, 17, listopad 2006 15:20

środa, 15, listopad 2006 14:00

Odsłony: 5823
